

DOM ZDRAVLJA

MOSTAR

Broj: 1315 – 37 /21

Mostar: 10.05.2021.god.

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Mostar ,članka 100 . stavak 3. Zakona o javnim nabavama BiH („Sl. glasnik BiH“ broj: 39/04) v.d.ravnatelj Doma zdravlja Mostar donosi

RJEŠENJE

o poništenju postupka javne nabave

I

Žalba ponuditelja Minerva Medica d.o.o. Sarajevo na Tender dokumentaciju u postupku javne nabave SARA – CoV-2 Ag antigen test iz brisa nazofarinksa – BAT (brzi antigen test) broj: 37/21 ,izmjene TD broj: 1123-37721 od 20.04.2021.godine i izmjene TD broj:1181-37/21 od 23.04.2021.godine za potrebe Doma zdravlja Mostar, usvaja se kao osnovana .

II

Poništava se postupak javne nabave SARA – CoV- 2 Ag antigen test iz brisa nazofarinksa – BAT (brzi antigen test) iz razloga neusklađenostim tender dokumentacije sa Zakonom o javnim nabavama .

III

Ovo Rješenje će biti objavljeno na web stranici Doma zdravlja Mostar istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

IV

Ugovorni organ Rješenje o poništenju postupka evidentirat će na Portalu javnih nabavki.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ugovorni organ objavio je otvoreni postupak za SARA – CoV-2 Ag antigen test iz brisa nazofarinksa – BAT (brzi antigen test) za Dom zdravlja Mostar objavljen dana 12.04.2021.god. na Portalu javnih nabavki broj: 50-1-1-10-3-11/21.

20.04 i 23.04.2021.godine Ugovorni organ je izvršio izmjene TD.

Dana 30.04.2019.godine ponuditelj Minerva Medica d.o.o.Sarajevo ,uložio je Žalbu na tender dokumentaciju, koju je Ugovorni organ zaprimio dana 07.05.2021.godine i zaveo pod brojem: 1007/21.

Uvidom u žalbu Ugovorni organ je utvrdio da je ista pravovremena ,dopuštena i uložena od strane ovlaštene osobe.

Ponuditelj je uložio žalbu iz razloga što smatra da je tender dokumentacija u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavama BiH (u daljnjem tekstu :Zakon) navodeći slijedeće:

- U Obavijesti o izmjeni tender dokumentacije za nabavu SARS –CoV -2 antigen test iz brisa nazofarinksa –BAT ,Ugovorni organ je izvršio izmjenu na Opće podatke u postupku javne nabave u točki 3.3.-procijenjena vrijednost se mijenja na iznos 130.000,00 KM i u Obrascu za cijenu mijenja se količina sa 5.000 komada na 10.000,00 komada.

Ugovorni organ ,sukladno članku 53.stavak (6) zakona može napraviti izmjene i dopune TD pod uvjetom da se one dostave zainteresiranim ponuditeljima istog dana ,a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za sudjelovanje. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabave Ugovorni organ produžit će rok za prijem zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabave. **Rok za produženje ne može biti kraći od sedam dana.**

Budući da se radilo u suštinskoj izmjeni predmetne nabave jer je količina i procijenjena vrijednost i da su podkriteriji za ocjenu ponude rok isporuke ,a na što direktno utječe količina predmeta nabave ,ugovorni organ je morao produžiti rok za dostavu ponuda za najmanje od 7 dana, a što Ugovorni organ nije učinio.

Zatim ,Žalitelj navodi izmjena tender dokumentacije se odnosi NA TEHNIČKU I PROFESIONALNU SPOSOBNOST u točki 7.4.1 pod c) stavak dodaje se slijedeće:

Agreed by the Health Security Committee on 17 February 2021 (An update Annex II was agreed by the HSC on 19 March 2021)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

i dodaju se novi stavaci

stavak h)Test mora biti primijenjen u najmanje tri zemlje članice EU

stavak i) Test mora biti validiran u BiH ili zemljama okruženja (Hrvatska ,Srbija i Crna Gora) i u Njemačkoj.

U Točki 7.4.2.ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se izvršiti na osnovu dokaza:

U stavak c) se dodaje slijedeć Agreed by the Health Security Committee on 17 February 2021 (An update Annex II was agreed by the HSC on 19 March 2021)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf:

Test se nalazi na obje liste testova koje međusobno priznaju zemlje članice Evropske unije za primjenu u javnom zdravstvu. Stoga bi trebali zadovoljavati uvjete navedene u točki 7.4.2.stavku c)

Iza stavka f mijenja se stavak g) koji glasi:

-Izjava da test sadržava CE certifikat i dodaju stavci:

h)Izjava da je test u primjeni najmanje tri zemlje članice EU i navesti koje su

i) Dostaviti evaluacijsko ili validacijsko izvješće o učinkovitosti antigenskog testa

j) Izjava o minimalnim uvjetima za osjetljivost min 90% i specifičnosti min 97%

Mijenja se Aneks 3 –Obrazac za cijenu ponude koji je u privitku.

Nadalje , Žalitelj smatra da je propisivanjem uvjeta i dokaza u osporenoj Izmjeni tender dokumentacije da je ugovorni organ prekršio članak 49.Zakona u kojem je propisano koji uvjeti i dokazi mogu se tražiti po članku 49.zakona ,a kojim se ocjenjuje tehnička i profesionalna sposobnost ponuditelja, jer dodatno propisani uvjeti kao Test mora biti primijenjen u najmanje tri zemlje članice EU i Test mora biti validiran u BiH ili zemljama okruženja (Hrvatska ,Srbija i Crna Gora) i u Njemačkoj.

Kao i dokazi - Izjava da je test u primjeni najmanje tri zemlje članice EU i navesti koje su

i) Dodatno evaluacijsko ili validacijsko izvješće o učinkovitosti antigenskog testa Žalitelj smatra da su u suprotnosti sa člankom 49 Zakona.

Zatim uvjeti u točki 7.4.1.c9 i h9 ,i) izmjene TD ,kao i traženi dokazi su protivni zakonskoj regulativi koja se odnosi na ocjenu Tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja jer nisu propisani Zakonom, te time sužavaju konkurenciju u predmetnom postupku nabave čime govorni organ krši članak 3 Zakona.Žalitelj smatra da je sporna izmjena u točki 7.4.1 pod c) i da dodatne stavke pod h) i

i) gdje nije postavljen bilo kakav uvjet po j) dok je kao dokaz u točki 7.4.2. zahtjevana i izjava

j) Izjava o minimalnim uvjetima za osjetljivost min 90% i specifičnost min 97%..

Žalitelj smatra da je Ugovorni organ propisao nejasnu i nepreciznu TDi prekršio članak 53 stavak (1) zakona te da usvoji žalbu u cijelosti te sačini novu Td koja će biti u skladu sa Zakonom.

Prije nego što se upustio u meritorno odlučivanje ,Ugovorni organ je pristupio provjeri formalnih pretpostavki za ulaganje žalbe ,koje moraju biti ispunjene kako bi se uopće pristupilo rješavanju iste, a odnose se na uvjetne pretpostavke propisane odredbom članka 100.stavak (1) Zakona te utvrdilo da je žalba pravovremena ,dopuštena i izjavljena u skladu sa navedenim odredbama Zakona.

Ugovorni organ nakon što je razmotrio žalbu utvrdio je da je Žalba osnovana .
Ugovorni organ je nakon ponovnog uvida u cjelokupnu TD utvrdio da postoje određene neusklađenosti TD sa Zakonom o javnim nabavama što predstavlja bitnu povredu Zakona.Naglašavamo da Ugovorni organ u svim postupcima javne nabave koje provodi prema svim ponuditeljima ima jednak tretman i nediskriminirajući odnos s ciljem da se osigura pravična i aktivna konkurencija.

Obzirom da u predmetnom postupku javne nabave TD nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Ugovorni organ poništava postupak nabave SARA – CoV-2 Ag antigen test iz brisa nazofarinksa –BAT (brzi antigen test) **poništava.**

Pouka o pravnom lijeku:

Na osnovu članka 100.stavak (4) Zakona protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ured za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u roku od 5(pet) dana od dana prijema rješenja.

v.d.Ravnatelj

Dr Kristina Bevanda,dr.med
spec.epidemiolog